

ПАО «Северсталь»
Центр «Промсервис»
Техническое управление
Служба диагностики
Группа по техническим исследованиям
Свидетельство об аттестации № SP01.01.905.068
Кем выдано: ФБУ «Тест-С.-Петербург»
Срок действия: до 08.07.2022 г.
Юр. адрес: ул. Мира, 30, г. Череповец, Вологодская обл., Россия, 162600.



ПРОТОКОЛ № 1158/М от 09.09.2020

Информация об объекте контроля

Материал	<u>Нефтепродукт отработанный (шлам с прокатных станов)</u>	Дата отбора пробы:	<u>08.09.2020</u>
Заказчик:	<u>МЭУ ППП</u>	Дата получения пробы:	<u>08.09.2020</u>
Партия:	-	Дата проведения испытаний:	<u>08.09.2020</u>
Изготовлено:	-		
Место отбора пробы:	<u>Ёмкость хранения</u>		

Пробоотбор выполнен: заказчиком

Дополнительная информация о методах испытаний прилагается в дополнении к протоколу по требованию заказчика.

Условия окружающей среды при проведении измерений соответствуют паспортным требованиям на средства измерений.

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых анализу.

Частичная перепечатка протокола запрещается.

Результаты контроля

№ пробы	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Результат испытаний
7808	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	74

Специалист

И.А. Черняева